

MINDRAY SPO2 KABLOSU

- 1- Spo2 kablosu Mindray marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- 2- Spo2 kablosu yetişkin hastalara uyumlu ve mandal tipinde olmalıdır.
- 3- Mandal yapısının alt ve üst kısmı kauçuk malzeme kaplı olmalıdır.
- 4- Mandalın içindeki kauçuk malzemenin ışığı yansıtması için renginin lacivert olması gereklidir.
- 5- Kablonun rengi beyaz renkte olmalıdır.
- 6- Kablonun soket giriş kısmı mor renkte ve yaylı yapıda olmalıdır.
- 7- Kablonun cihaz girişini kolaylaştırmak adına ok ile yön bildiren işaret olmalıdır.
- 8- Garanti takibi için üzerinde yırtılmaz yapıda seri numarası, üretici firmanın markası, model numarası ve CE işaretinin yazılı olduğu bir etiket olmalıdır.
- 9- Kablonun ambalaj poşetinin içindeki ürün etiketinde kablonun markası, hangi marka için kullanılabileceği, ref (model) numarası, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, üretim yeri, suya dayanıklılık standartı ve sağ köşede uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 10- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 11- Kablonun dağılıklığı önlemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 12- Kablo 6 pinli olmalıdır.
- 13- Kablonun uzunluğu en az 290 cm olmalıdır.
- 14- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 15- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 16- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

